



**Samodzielny  
Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej**  
w Lubartowie

ul. Cicha 14  
21-100 Lubartów

☎ 81-855-20-41  
FAX: 81-855-28-76

[www.spzoz-lubartow.pl](http://www.spzoz-lubartow.pl)  
[sekretariat@spzoz-lubartow.pl](mailto:sekretariat@spzoz-lubartow.pl)

Regon: 431219957  
NIP: 7141632875  
KRS: 0000098568

Sekretariat  
☎ 81-855-28-07

Dyrektor Naczelny  
☎ 81-855-28-07

Dyrektor ds. lecznictwa  
☎ 81-855-28-07



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105073163

SPZOZ/382/.....<sup>25-1</sup>...../10/SZPZ/324/18/LJ

Lubartów, dnia 25.10.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym  
strona internetowa Zamawiającego**

**Dotyczy: postępowania przetargowego na usługi serwisowania  
tomografu Aquilion S16 dla SP ZOZ w Lubartowie  
Znak sprawy: SZP/28/2018**

### **WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prośba o udzielenie informacji do ww. postępowania przetargowego. W związku z powyższym udziela nieniniejszych wyjaśnień.

#### **Zamawiający, na poniższe pytania udziela odpowiedzi:**

##### **Pytanie 1 Dotyczy SIWZ Rozdział IV pkt 8, Umowa par. 2 pkt 2.3**

Dot. Serwis tomografu komputerowego CT Aquilion 16 z dwumonitorową konsolą lekarską

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowane. Wskazujemy, iż okres gwarancji dla części nowych i regenerowanych jest taki sam.

Nadmieniamy, iż Zamawiający w przedmiotowym przetargu wymaga gwarancji na części zamienne od min 6 do max. 12 miesięcy, w związku z czym jego interes w zakresie ewentualnych awarii dostarczonych części jest zabezpieczony, a ewentualne ryzyko obciąża jedynie Wykonawcę. Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatu jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych.

## Pytanie nr 2

**Dotyczy zapisów SIWZ zał. Nr 5 – Projekt Umowy § 2 ust. 2.3 Części zamienne pkt. 2.3.3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, dostarczenia oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek Unii Europejskiej.

**Odp. Odnośnie pyt nr 1 i 2**

**Zamawiający wyjaśnia:**

Czynności serwisowe mają być dokonywane zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. Dokumentacja ta określa w jaki sposób mają być dokonywane przeglądy, wykonywane naprawy w tym jakie części mogą być użyte.

Zamawiający wyjaśnia, wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części, podzespoły muszą być częściami odpowiednio dopuszczonymi tak by nie spowodować utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.

Wytwórca, importer czy dystrybutor określa i zapewnia warunki dotyczące m. in. czy możliwości użycia odpowiednich części zamiennych odpowiadające wymogom określonym przez wytwórcę wyrobu.

Czynności serwisowe mają być dokonywane zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. Dokumentacja ta określa w jaki sposób mają być dokonywane przeglądy, wykonywane naprawy w tym jakie części mogą być użyte.

Zamawiający wymaga by czynności serwisowe, w tym użycie odpowiednich części były wykonywane zgodnie z wymogami wytwórcy, importera czy dystrybutora odpowiadające wymogom określonym przez wytwórcę wyrobu. (zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi., listami czynności jeśli takie istnieją)

**Zamawiający doprecyzowuje brzmienie par. 2 pkt 2.3. wzoru umowy - Części zamienne (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ ) i określa je na nowo w sposób następujący:**

„Serwis zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych, zgodnie z wymogami wytwórcy, importera lub dystrybutora aparatu, niezbędnych do zapewnienia właściwej pracy aparatu. Czynności serwisowe mają być dokonywane zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. Instalacja części dokonywana jest w ramach ceny kontraktu, bez dodatkowych opłat. Wartość ryczałtu miesięcznego nie obejmuje ceny i kosztu sprowadzenia części zamiennych. Wyżej wymienione części dostarczane są przez Serwis na podstawie pisemnego zamówienia oraz na koszt Zleceniodawcy”.

## Pytanie nr 3

**Dotyczy zapisów SIWZ zał. Nr 5 – Projekt Umowy § 2 ust. 2.3 Części zamienne pkt. 2.3.3:**

Zamawiający wymaga:

„Serwis zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych niezbędnych do zapewnienia właściwej pracy aparatu. Instalacja części dokonywana jest w ramach ceny kontraktu, bez dodatkowych opłat. Umowa nie obejmuje ceny i kosztu sprowadzenia części zamiennych. Wyżej wymienione części dostarczane są przez Serwis na podstawie pisemnego zamówienia oraz na koszt Zleceniodawcy”

W związku z tak postawionym wymogiem Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia, będzie wymagał, od Wykonawcy w ramach potwierdzenia spełniania warunków w rozdz.VI. ust.1. pkt. 1.1c od Wykonawcy legitymowania się następującymi dokumentami:

- a) Autoryzacją producenta tomografu komputerowego i/lub
- b) min. 2 osobami legitymującymi się certyfikatem wydanym przez wytwórcę i/lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe do serwisu tomografu komputerowego Aquilion S16, i/lub
- c) Zaświadczenie o dostępie do oryginalnych i nowych części dedykowanych do systemu przez producenta systemu, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Unii Europejskiej.

**Odp. Zamawiający odnośnie zagadnień poruszonych w pytaniu w tym wymagań i warunków pozostawia zapisy siwz bez zmian.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. IV ust. Ppkt.11, zał. Nr 5 – Projekt Umowy § 2 ust. 2.4 pkt. 2.4.4:**

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie jakich szkoleń oczekuje Zamawiający? Prosimy również o zmianę terminu przeprowadzenia szkolenia (14 osób). Nadmieniamy, iż szkolenie podczas prac przeglądowych może być uciążliwe. Bardzo prosimy o uwzględnienie naszej prośby.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w innym terminie niż w terminie przeglądu tomografu. Szkolenie ma dotyczyć zakresu podstawowej obsługi, czynności koniecznych oraz niepożądanych, wyeliminowania błędów operatorskich.

Zamawiający w § 2 ust. 2.4 pkt. 2.4.4 wzoru umowy zamiast zapisu: „Szkolenie takie odbędzie się w dniu przeprowadzenia pierwszego przeglądu urządzenia” **wprowadza nowy** w brzmieniu następującym: „Szkolenie takie odbędzie się w dniu / dniach uzgodnionych między stronami umowy”.

**Nowy zapis w Rozdz. IV ust. Ppkt. 11 SIWZ jest następujący:** „Szkolenie odbędzie się w dniu / dniach uzgodnionych między stronami umowy”

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

*mgr Łukasz Semeniuk*

*J*

Ogłoszenie nr 500257147-N-2018 z dnia 25-10-2018 r.

Lubartów:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 636483-N-2018

**Data:** 16/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 43121995700000, ul. ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 855 66 08, e-mail przetargi@spzoz-lubartow.pl, faks 81 855 66 08.  
Adres strony internetowej (url): [www.spzoz-lubartow.pl](http://www.spzoz-lubartow.pl)

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 8) Części zamiennie - Serwis zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych niezbędnych do zapewnienia właściwej pracy aparatu. Instalacja części dokonywana jest w ramach ceny kontraktu, bez dodatkowych opłat. Umowa nie obejmuje ceny i kosztu sprowadzenia części zamiennych. Wyżej wymienione części dostarczane są przez Serwis na podstawie pisemnego zamówienia oraz na koszt Zleceniodawcy. 11) Szkolenie odbędzie się w dniu przeprowadzenia pierwszego przeglądu urządzenia.

**W ogłoszeniu powinno być:** 8) Części zamiennie - Serwis zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych, zgodnie z wymogami wytwórcy, importera lub dystrybutora aparatu, niezbędnych do zapewnienia właściwej pracy aparatu. Czynności serwisowe mają być dokonywane zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. Instalacja części dokonywana jest w ramach ceny kontraktu, bez dodatkowych opłat. Wartość ryczałtu miesięcznego nie obejmuje ceny i kosztu sprowadzenia części zamiennych. Wyżej wymienione części dostarczane są przez Serwis na podstawie pisemnego zamówienia oraz na koszt Zleceniodawcy 11) Szkolenie odbędzie się w dniu / dniach uzgodnionych między stronami umowy.