



**Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej**
w Lubartowie

ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

☎ 81-855-20-41
FAX: 81-855-28-76

www.spzoz-lubartow.pl
sekretariat@spzoz-lubartow.pl

Regon: 431219957
NIP: 7141632875
KRS: 0000098568

Sekretariat
☎ 81-855-28-07

Dyrektor Naczelny
☎ 81-855-28-07

Dyrektor ds. lecznictwa
☎ 81-855-28-07

SPZOZ/382/...^{F-1}...../01/SZPZ/013/19/JT

Lubartów, dnia 07.01.2019r.

Zaproszeni do złożenia oferty
strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: **wdrożenie procesu uzdatniania wody, (koncepcja, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu), służącej do wytwarzania pary wodnej do zasilania sterylizatorów parowych typu AS669AP**
Znak sprawy: SZP/PP/ 8 /2018

WYJAŚNIENIA
DO
ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając na podstawie pkt. 9 ppkt e i f Zaprośzenia do złożenia oferty znak: SPZOZ/382/17-3/12/SZPZ/376/18/JT, informuje się, iż w dniu 04.01.2019r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie (doprecyzowanie) istotnych informacji niezbędnych do wdrożenia procesu uzdatniania wody. W związku z powyższym wyjaśnień udziela się.

Zamawiający, na poniższe pytania udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Ciśnienie pary technologicznej.

Odp. Brak informacji

Pytanie 2

Czy jest zbiornik kondensatu i czy stoi na poziomie kota produkującego parę technologiczną.

Odp. Jest zbiornik kondensatu, stoi poniżej poziomu kotła produkującego parę technologiczną.

Pytanie 3

Czy możemy traktować, że źródło pary technologicznej ma stałe ciśnienie przy zaspokojeniu potrzeb wytwornicy pary czystej na poziomie 150 kh/h.

Odp. Tak.



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

mgr Lukasz Semeniuk