



SPZOZ/382/19-5 /11/ ZP / 359 /20/KW

Lubartów 19.11.2020 r.

*Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego*

Dotyczy: zamówienia na dostawę środków ochrony osobistej dla personelu medycznego: maski, czepki, fartuchy, kombinezony, rękawice, których szczegółowy opis i ilości określono w Załączniku nr 1.1 do zapytania.

Pytanie nr 1.

Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 1,

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiążaną na troki wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²) o poziomie filtracji bakterii BFE 98,24%?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza ww parametry masek.

Pytanie nr 2.

Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 2,

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczna mocowaną na gumki, wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²) o poziomie filtracji bakterii BFE 98,24%?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza ww parametry masek.

Pytanie nr 3.

Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 3,

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,38 mbar (238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywniak na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza ww parametry masek.

zb

Pytanie nr 4.

Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 4,

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 .
Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar (237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmasksi, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza ww parametry masek.

Pytanie nr 5.

Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 6,

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowe o gramaturze 25g?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowe o gramaturze 25g.

Pytanie nr 6.

Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 8,

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KOMBINEZOM OCHRONNY WYKONANY Z LAMINATU (POLIPROPYLEN I POLIETYLEN) O GRAMATURZE 63 G/M²?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza kombinezon o gramaturze 63g/m².

STARSZY INSPEKTOR
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Katarzyna Widyńska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie
Sylwia Domagała