



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lubartowie**

ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów

tel. 81 855 28 07, fax. 81 855 28 76, [sekretariat@spzoz-lubartow.pl](mailto:sekretariat@spzoz-lubartow.pl)

SPZOZ/382/25-2 /05STG/34 /21/AP

Lub artów 25.05.2021r.

Wykonawcy, którzy  
ubiegający się o udzielenia  
zamówienia publicznego .

**Dotyczy:** zamówienia na dzierżawę aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej, dostawy: płynów dializacyjnych, zestawów do zabiegów ciągłych nerkozastępczych.. Nr postępowania: STG.N.3.2021.AP

**Pakiet nr 1**

Prosimy Zamawiającego w celu umożliwienia złożenia oferty o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego czytnik kodów kolorystycznych zamiast kreskowych oraz w aktualnej wersji oprogramowania nie wykonującego zabiegów SCUF oraz HP (w pakiecie nr 2 Zamawiający nie oczekuje zaoferowania zestawów do tego typu terapii)

**Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pakiet nr 2**

W przypadku zgody na zaoferowanie powyżej opisanego aparatu w związku z wykorzystywaniem przezeń alternatywnego protokołu do ciągłych terapii nerkozastępczych z antykoagulacją cytrynianową, powszechnie wykorzystywanego w największych polskich ośrodkach klinicznych (m.in. CSK w Warszawie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, SPSK nr 1 w Lublinie, USK w Białymstoku, Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie) prosimy o dopuszczenie w poszczególnych pozycjach produktów do oferowanego urządzenia:

- poz. 1 – zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych z hemofiltrem o pow. 1,8m<sup>2</sup>
- poz. 2 – roztwór do hemofiltracji z izotonicznym stężeniem glukozy 5,55 mmol/L i wapnia 1,5 mmol/L, HCO<sub>3</sub> = 35 mmol/L, nie zawierający jonów magnezu i fosforanów, ze stężeniem potasu 2 lub 4 mmol/L (do wyboru przez Zamawiającego przy każdorazowym składaniu zamówienia)
- poz. 3 – sterylny płyn do antykoagulacji zawierający cytrynian trójsodowy o stężeniu 136 mmol/L w workach 1500 ml o łącznej zawartości cytrynianu w worku = 204 mmol. Ponieważ Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji 570 worków a 5 litrów cytrynianu 18 mmol/L, czyli łącznego ładunku cytrynianu = 51300 mmol, dla zrównoważenia oferty prosimy o zgodę na zaoferowanie 252 worków opisanego przez nas roztworu.
- poz. 4 – roztwór dializacyjny bezwapniowy, bezmleczanowy z izotonicznym stężeniem glukozy 5,55 mmol/L, HCO<sub>3</sub> = 20 mmol/L, zawierający fizjologiczny poziom fosforanów 1,25 mmol/L lub bezfosforanowy, ze stężeniem potasu 2 lub 4 mmol/L (do wyboru przez Zamawiającego przy każdorazowym składaniu zamówienia)

**Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pakiet nr 1 oraz 2**

Czy Zamawiający wymaga aby potencjalni oferenci złożyli oferty na całość postępowania w zakresie dzierżawy aparatu do terapii nerkozastępczej oraz w pełni kompatybilnej do dzierżowanego aparatu jednorazówki opisanej w pakiecie nr 2 (dotyczy całości, czyli pakiet nr 1 oraz pakiet nr 2)?

**Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pakiet nr 1 oraz 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do terapii nerkozastępczej posiadał ogrzewacz krwi wracającej do pacjenta?

**Tak, Zamawiający wymaga.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Lubartowie  
*MDW*  
Sylvia Domagala