



SPZOZ/382/16.4 /06STG/41/21/AP

Lubartów 16.06.2021r.

Wykonawcy, którzy
ubiegający się o udzielenia
zamówienia publicznego .

Dotyczy: zamówienia na dostawę chłodziarek farmaceutycznych.

Pytanie nr 1.

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia? Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczania chłodziarki po schodach? Jakiej wielkości są otwory drzwiowe? Ma to znaczenie dla wyceny transportu.

Urządzenia będą znajdować się na parterze. Posiadamy windę. Nie ma konieczności przemieszczania chłodziarki po schodach. Otwory drzwiowe mają 90 cm szerokości.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę jedno drzwiową o pojemności 600 l netto/627l brutto tj. o pojemności netto mniejszej zaledwie o 7 litrów od wymaganej.

Zamawiające wymaga zgodnie ze swoim opisem.