



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie**

ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów

tel. 81 855 28 07, fax. 81 855 28 76, sekretariat@spzoz-lubartow.pl www.spzoz-lubartow.pl

Lubartów, 10.04.2024r

*Wykonawcy którzy ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego*

Znak sprawy : ZO-p130/04/2024

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: "Dostawa - giętki ureterorenoskop jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym, drut prowadzący oraz płaszcz dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną".

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-140 Lubartów, w związku z zapytaniem dotyczącymi treści zaproszenia- przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej :

Pytanie nr 1

(**Część 1**) Czy zamawiający dopuści do postępowania ureterorenoskopy, które były używane w szpitalu w przeszłości o poniższych parametrach:

- maksymalna średnica części roboczej endoskopu 9.2 Fr.
- kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3.6 Fr
- kąt widzenia 90 stopni
- długość robocza 650 mm $\pm 5\%$
- kąt wygięcia końcówki 270° góra i 270° dół
- źródło światła LED manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS
- kamera wbudowana w końcówkę URS
- ostrość obrazu ustawiana automatycznie
- dwa programowalne przyciski na rękojeści endoskopu umożliwiające: ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu, regulację zoom cyfrowego
- trójnik umożliwiający podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu
- cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączem do konsoli sterylne bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji pomiędzy zabiegami
- użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty
- przenośna konsola umożliwiająca podłączenie się do dowolnego monitora posiadanego przez Zamawiającego
- konsola z możliwością ustawienia balansu bieli, zrobienia zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu, regulację zoom cyfrowego

- konsola z wyjściem USB umożliwiającym zapis obrazów oraz video na nośniku usb
- konsola wyposażona w wyjście VGA, SDI, DVI oraz kabel przejściowy DVI na HDMI umożliwiające podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego.

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** do postępowania: ureterorenoskopy, które były używane w szpitalu w przeszłości o poniższych parametrach: w pełni giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym

- maksymalna średnica części roboczej endoskopu 9.2 Fr.
- kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3.6 Fr
- kąt widzenia 90 stopni
- długość robocza 650 mm $\pm 5\%$
- kąt wygięcia końcówki 270° góra i 270° dół
- źródło światła LED manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS
- kamera wbudowana w końcówkę URS
- ostrość obrazu ustawiana automatycznie
- dwa programowalne przyciski na rękojeści endoskopu umożliwiające: ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu, regulację zoom cyfrowego
- trójnik umożliwiający podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu
- cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączem do konsoli sterylne bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji pomiędzy zabiegami
- użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty
- przenośna konsola umożliwiająca podłączenie się do dowolnego monitora posiadanego przez Zamawiającego
- konsola z możliwością ustawienia balansu bieli, zrobienia zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu, regulację zoom cyfrowego
- konsola z wyjściem USB umożliwiającym zapis obrazów oraz video na nośniku usb
- konsola wyposażona w wyjście VGA, SDI, DVI oraz kabel przejściowy DVI na HDMI umożliwiające podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego.

Z poważaniem
DYREKTOR

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej,
w Lubartowie

Artur Szczepkowski