

D/DZPiZ/382/12P-2/AR/2026

Lubartów, dn. 31 marca 2026 r.

Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego

Znak sprawy : ZO/p-170/4/2026

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: **Usługa w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej w SPZOZ w Lubartowie.**

Pytanie nr 1. Czy faktycznie oferent, musi przedstawić osobę posiadającą uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w zakresie **urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu (czyli np. najniższe IOR-1R)?**

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga osoby posiadającej uprawnienia Inspektora ochrony Radiologicznej w zakresie urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu (czyli np. najniższe IOR-1R)


Pytanie nr 2. Czy faktycznie dopuszczalne jest posiadanie przez oferenta, osoby z uprawnieniami **typu: IOR - S** (które są tylko do aparatów stomatologicznych) **lub IOR - R** (które są do wszystkich aparatów rentgenodiagnostycznych i zabiegowych) **lub IOR-3** (które są do radiologii nuklearnej **z wyłączeniem** uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej, uruchamiania medycznej pracowni rentgenowskiej, uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza pracownią)? Uprawnienia typu IOR-3 nadawane przez

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w żadnym punkcie nie zastępują uprawnień typu S lub typu R nadawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (oczywiście zastępują uprawnienia typu IOR-1R w zakresie tz. bagażówek). Czy z uwagi na powyższe wymagane są tylko uprawnienia typu R nadawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tylko IOR-R,

Pytanie nr 3. Czy zgodnie z zapisem "Opisu przedmiotu zamówienia" faktycznie inspektor ochrony radiologicznej będzie zobowiązany do nadzoru nad wykonywaniem testów kontroli jakości aparatury rentgenowskiej, w szczególności testów podstawowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo atomowe testy podstawowe urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej, są **wykonywane przez osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do obsługi urządzeń radiologicznych** (czyli lekarze lub techniczny elektroradiologi). Inspektor ochrony radiologicznej zgodnie z ustawą nie jest uprawniony do obsługi urządzeń rentgenowskich; nie jest również ani technikiem elektroradiologii ani lekarzem, to jak on ma to nadzorować coś o czym nie ma tak naprawdę wiedzy i umiejętności? Czy z uwagi na powyższe można z tego zapisu zawartego w "Opisie przedmiotu zamówienia" zrezygnować?

Odpowiedź: Inspektor będzie zobowiązany do nadzoru i wykonywania testów podstawowych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej i posiadający umiejętność obsługi aparatury rentgenowskiej i urządzeń pomocniczych

Z poważaniem:
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie

mgr Ewa Mańdziuk

Wykonano:

Egz. 1 adresat

Egz. 2 a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Romańczuk

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 81 855 20 41 wew 491,332

e-mail: a.romanczuk@spzoz-lubartow.pl